Eres Medical Sp. z o.o.
Płouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 PLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Istnieje możliwość samodzielnego podłączenia tego modelu do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezyfekowana
- wysokojakościowy odbłyśnik (materiał: aluminium odblaskowe)
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych (oraz innych salach szpitalnych), w gabinetach zabiegowych, a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność tego urządzenia potwierdzają badania oraz liczne certyfikaty

Instrukcja obsługi tej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat stosowania tego urządzenia. Znajdują się tam również wszystkie parametry i wskazówki odnoszące się do ustawień licznika z wyświetlaczem 4-polowym.

Przed zakupem lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania powinni Państwo określić, jakie warunki panują w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowane to urządzenie.

Przede wszystkim należy uwzględnić następujące parametry:

- temperaturę w danym pomieszczeniu;
- wilgotność i zapylenie powietrza;
- rodzaj i odporność drobnoustrojów i bakterii;
- współczynnik odbicia powierzchni (czyli ilość promieniowania, jaką odbijają ściany i przedmioty umieszczone w pomieszczeniu);

Aby odpowiednio dobrać lampę bezpośredniego działania, można również sugerować się podpowiedziami specjalistów, którzy twierdzą, że wystarczającą czystość mikrobilogiczną osiągnie się, montując:

- lampę 15W na pow. do 8 m^2
- lampę 2x15W na pow. do 12 m^2
- lampę 30W na pow. do 15 m^2
- lampę 2x30W na pow. do 22 m^2

(Te parametry są miarodajne dla pomieszczeń o wysokości do 3 m).

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m^2
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m^2
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 2 kg
- długość wysięgnika: 1800 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym