



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 PLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem wyposażony w wyświetlacz 4-polowy LED. Dźwiękowo sygnalizuje moment wymiany promiennika. Mogą Państwo samodzielnie podłączyć ten model do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i lamp przepływowych
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- urządzenie posiada wszelkie wymagane certyfikaty; jego skuteczność natomiast potwierdzają liczne badania i testy
- przeznaczenie: lampa doskonale sprawdza się w salach szpitalnych, gabinetach zabiegowych, na blokach operacyjnych oraz w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- dzięki tej lampie bezpośredniego działania bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne drobnoustroje ulegają nieodwracalnej dezaktywacji
- powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym zostało użyte to urządzenie, są skutecznie zdezynfekowane
- wysokojakościowy odbłyśnik został wykonany z aluminium odbłaskowego

Instrukcja obsługi tej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat stosowania tego urządzenia. Znajdują się tam również wskazówki odnoszące się do ustawień licznika z wyświetlaczem 4-polowym.

Przed zakupem lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania powinni Państwo określić, jakie warunki panują w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowane to urządzenie.

Przed wszystkim należy uwzględnić następujące parametry:

- temperaturę w danym pomieszczeniu;
- wilgotność i zapylenie powietrza;
- rodzaj i odporność drobnoustrojów i bakterii;
- współczynnik odbicia powierzchni (czyli ilość promieniowania, jaką odbijają ściany i przedmioty umieszczone w pomieszczeniu);

Aby odpowiednio dobrać lampę bezpośredniego działania, można również sugerować się podpowiedziami specjalistów, którzy twierdzą, że wystarczającą czystość mikrobiologiczną osiągnie się, montując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
 - lampę 2x15W na pow. do 12 m²
 - lampę 30W na pow. do 15 m²
 - lampę 2x30W na pow. do 22 m²
- (Te parametry są miarodajne dla pomieszczeń o wysokości do 3 m).



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1X30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 1800 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym